



# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1284.3—2015

---

## 牙科镊 第3部分:单弯型

Dental tweezers—Part 3:College types

(ISO 15098-3:2000,MOD)

2015-03-02 发布

2016-01-01 实施

---

国家食品药品监督管理总局 发布

中华人民共和国医药  
行业标准  
牙科镊 第3部分:单弯型

YY/T 1284.3—2015

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:400-168-0010

010-68522006

2015年6月第一版

\*

书号:155066·2-28746

版权专有 侵权必究

## 前 言

YY/T 1284《牙科镊》标准由以下 3 部分组成：

- 第 1 部分：通用要求；
- 第 2 部分：双弯型；
- 第 3 部分：单弯型。

本部分为 YY/T 1284 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 YY/T 0686—2008《医用镊》中牙科镊部分。

本部分修改采用 ISO 15098-3:2000《牙科镊 第 3 部分：单弯型》。

本部分与 ISO 15098-3:2000 主要差异如下：

——关于规范性引用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第 2 章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 用等同采用国际标准的 GB/T 9937.3 代替 ISO 1942-3；
- 用修改采用国际标准的 YY/T 1284.1 代替 ISO 15098-1；

——修改了定位销(见 4.5)的要求；

——修改了标识、标签和标记(见第 5 章)的内容。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发行机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由国家食品药品监督管理总局提出。

本部分由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会(SAC/TC 99/SC 1)归口。

本部分起草单位：宁波蓝野医疗器械有限公司、国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心。

本部分主要起草人：杨奇、李仕宁、李丹荣、陈贤明。

## 牙科镊 第3部分:单弯型

### 1 范围

YY/T 1284 的本部分规定了单弯型牙科镊包括尺寸在内的专用要求。  
本部分适用于单弯型牙科镊。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9937.3 口腔词汇 第3部分:口腔器械(GB/T 9937.3—2008,ISO 1942-3:1989,IDT)

YY/T 1284.1—2015 牙科镊 第1部分:一般要求(ISO 15098-1:1999,MOD)

### 3 术语和定义

GB/T 9937.3 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

##### 定位销 **guide pin**

用于镊子合拢时将两镊片定位的部件。

### 4 设计和尺寸

#### 4.1 总则

牙科镊的通用要求按 YY/T 1284.1 的规定。

单弯型牙科镊的图样如图 1 和图 2 所示,其尺寸和尺寸的测量点应符合表 1 和表 2 的规定。

YY/T 1284.1—2015 的附录 A 提供了一种适用于大多数类型牙科镊的测量方法。

单弯型牙科镊根据工作端的形状分为以下两种类型:

——类型 1:角度型;

——类型 2:弧度型。

#### 4.2 长度

单弯型牙科镊的长度  $l$  应为  $(150 \pm 5)$ mm。

#### 4.3 工作端

工作端应是齿形的或者平滑的。如果是齿形的,应与图 1 或图 2 的放大图一致。

#### 4.4 手柄

手柄应有齿形的柄花。