

ICS 71.040.20
N 64



中华人民共和国国家标准

GB/T 15725.6—1995

实验室玻璃仪器 磨口烧瓶

Laboratory glassware—Ground flasks

1995-10-24 发布

1996-07-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
实验室玻璃仪器 磨口烧瓶

GB/T 15725.6—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1996 年 4 月第一版 2005 年 10 月电子版制作

*

书号：155066 • 1-23485

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

GB/T 15725.6—1995

实验室玻璃仪器 磨口烧瓶

Laboratory glassware—Ground flasks

1 主题内容与适用范围

本标准规定了磨口烧瓶的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于实验室用磨口烧瓶。

2 引用标准

GB 191 包装储运图示标志

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 6579 实验室玻璃仪器热冲击试验方法

GB/T 6580 玻璃耐沸腾混合碱水溶液浸蚀性的试验方法和分级

GB/T 6582 玻璃在 98℃耐水性的颗粒试验方法和分级

GB 12213 技术制图 玻璃器具表示法

GB/T 15726 玻璃仪器内应力检验方法

GB/T 15728 玻璃耐沸腾盐酸浸蚀性的重量试验方法和分级

QB 517 仪器玻璃制品外观缺陷术语

QB 1504 实验室玻璃仪器 互换锥型磨砂接头

ZB Q30 002 玻璃平均线热膨胀系数测定方法

3 产品分类

3.1 磨口烧瓶种类

分为磨口球形圆底烧瓶、磨口球形平底烧瓶、磨口锥形烧瓶和碘值烧瓶。

3.2 规格系列

3.2.1 磨口球形圆底烧瓶的规格系列为:50,100,250,500,1 000,2 000 和 4 000 mL。

3.2.2 磨口球形平底烧瓶的规格系列为:50,100,250,500,1 000,2 000 和 4 000 mL。

3.2.3 磨口锥形烧瓶的规格系列为:25,50,100,250,500,1 000,2 000,3 000 和 5 000 mL。

3.2.4 碘值烧瓶的规格系列为:50,100,250,500 和 1 000 mL。

3.3 结构型式和尺寸

3.3.1 磨口球形圆底烧瓶的型式和尺寸见图 1 和表 1。