

**YY**

**中华人民共和国医药行业标准**

YY 0229—1995

---

**多 效 蒸 馏 水 机**

1995-12-22 发布

1996-10-01 实施

---

国家医药管理局 发布

# 目 次

前言.....	I
1 范围 .....	1
2 引用标准 .....	1
3 产品分类 .....	1
4 要求 .....	2
5 试验方法 .....	3
6 检验规则 .....	4
7 标志、包装、运输、贮存.....	5

## 前 言

本标准是根据国家医药管理局下达的标准项目要求而制定的。本标准将 GB 10643—89 列管式多效蒸馏水器和 GB 4212—89 塔式多效蒸汽蒸馏水器两个标准合并为一个标准。同时采用 GB/T 13306—91 标牌、GB/T 13384—92 机电产品包装通用技术条件和 JB 4730—94 压力容器无损检测。

原标准蒸馏水机采用的主要材料含碳量不大于 0.12%。由于含碳量过高,在制造过程中会引起碳化铬析出,产生晶间腐蚀,影响水质。为提高蒸馏水质量,本标准规定不锈钢含碳量不大于 0.08%。鉴于目前我国供应的低碳不锈钢材料规格品种不齐全,全部采用尚有困难,因此使用 1 Cr18Ni9Ti 允许有一个过渡期。

本标准从生效之日起,同时代替 GB 4212—89 和 GB 10643—89。

本标准由国家医药管理局提出。

本标准由天津制药机械检测中心归口。

本标准起草单位:上海远东制药机械总厂。

本标准主要起草人:林筱华、林云。

# 中华人民共和国医药行业标准

YY 0229—1995

## 多效蒸馏水机

### 1 范围

本标准规定了多效蒸馏水机的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。  
本标准适用于以蒸汽为热源的列管式、盘管式多效蒸馏水机(以下简称蒸馏水机)。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 150—89 钢制压力容器
- GB 151—89 钢制管壳式换热器
- GB 191—90 包装储运图示标志
- GB 1220—92 不锈钢棒
- GB 2270—80 不锈钢无缝钢管
- GB 3280—92 不锈钢冷轧钢板
- GB/T 4237—92 不锈钢热轧钢板
- GB/T 4272—92 设备及管道保温技术通则
- GB 5226—85 机床电气设备通用技术条件
- GB 10111—88 利用随机数骰子进行随机抽样的方法
- GB/T 13306—91 标牌
- GB/T 13384—92 机电产品包装通用技术条件
- JB 4730—94 压力容器无损检测
- HGJ 18—89 钢制化工容器制造技术要求
- YY/T 0216—95 制药机械产品型号编制方法
- 中华人民共和国劳动部《压力容器安全技术监察规程》(1990)
- 《中华人民共和国药典》(1995年版)

### 3 产品分类

#### 3.1 规格与基本参数见表 1。

表 1

规格代号	蒸馏水产量,L/h
200	≥200
300	≥300
(400)	≥400

国家医药管理局 1995-12-22 批准

1996-10-01 实施