



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0176.9—2011

代替 YY/T 0176.9—1997, YY/T 0176.10—1997

眼 用 剪

Ophthalmic scissors

2011-12-31 发布

2013-06-01 实施

国家食品药品监督管理局 发布

前 言

本标准按 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 YY/T 0176.9—1997《虹膜剪》和 YY/T 0176.10—1997《角膜剪》。

本标准与 YY/T 0176.9—1997 和 YY/T 0176.10—1997 的区别如下：

——整合 YY/T 0176.9—1997 和 YY/T 0176.10—1997，更名为《眼用剪》；

——按 YY/T 0176—2006《医用剪 通用技术条件》取消空剪闭合力；

——增加了部分头部型式。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会(SAC/TC 94)提出并归口。

本标准起草单位：苏州六六视觉科技股份有限公司、上海市医疗器械检测所。

本标准主要起草人：张建平、李贲。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 3346—1989、YY/T 0176.9—1997；

——GB 3345—1989、YY/T 0176.10—1997。

眼 用 剪

1 范围

本标准规定了眼用剪的标记与型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于剪切眼内虹膜、角膜、小梁、膜状内障和结膜的眼用剪。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。


GB/T 1220—2007 不锈钢棒

GB 7543—2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套

YY/T 0176—2006 医用剪 通用技术条件

3 标记与型式

3.1 标记



注: JM 为角膜剪的代号, jm 为结膜剪的代号。

示例: YYJ-HM 表示虹膜剪。

3.2 型式和基本尺寸

眼用剪分为虹膜剪、角膜剪、小梁剪、膜状内障剪和结膜剪,其头部型式和基本尺寸应符合图 1 和表 1 的规定。




图 1 眼用剪头部型式示意图