



# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1127—2006  
代替 YY 91127~91131—1999

---

## 咬 骨 钳

Rongeur

2006-06-19 发布

2007-05-01 实施

---

## 前 言

本标准代替 YY 91127—1999《22 厘米直头、弯头双关节咬骨钳》、YY 91128—1999《颅骨咬骨钳》、YY 91129—1999《双关节棘突咬骨钳》、YY 91130—1999《椎板咬骨钳》、YY 91131—1999《双关节鼻中隔咬骨钳》标准。

本标准与原标准的主要差异：

——标准中概括了咬骨钳产品的使用范围，定为咬切或修正骨骼用；

——取消头部凹槽的表面粗糙度要求；

——除椎板、颅骨、鼻中隔咬骨钳的刃口试验方法，标准中其余内容均引用 YY 1122—2005《咬骨钳（剪）通用技术条件》的规定；

——本标准整合了 YY 91127—1999《22 厘米直头、弯头双关节咬骨钳》、YY 91128—1999《颅骨咬骨钳》、YY 91129—1999《双关节棘突咬骨钳》、YY 91130—1999《椎板咬骨钳》标准、YY 91131—1999《双关节鼻中隔咬骨钳》，更名为《咬骨钳》。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会提出并归口。

本标准由上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂负责起草。

本标准主要起草人：刘伟群。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——YY 91127—1999、WS2—116—1974、WS2—116—1965；

——YY 91128—1999、WS2—213—1976；

——YY 91129—1999、WS2—268—1979；

——YY 91130—1999、WS2—269—1979；

——YY 91131—1999、WS2—276—1980。

# 咬 骨 钳

## 1 范围

本标准规定了咬骨钳的型式和基本尺寸、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于咬切或修正骨骼用的咬骨钳。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 230.1 金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)(ISO 6508.1:1999,MOD)

GB/T 1220 不锈钢棒(GB/T 1220—1992,neq JIS G4303:1988)

GB/T 1910—1999 新闻纸

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859.1:1999,IDT)

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

QB/T 1315—1991 厚纸板

QB/T 3523 白卡纸

YY/T 0149—2006 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法(ISO 13401:1995,MOD)

YY/T 1052 手术器械标志

## 3 型式和基本尺寸、材料

3.1 咬骨钳的型式和基本尺寸应符合图1~图6及表1的规定。