



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1958—2021

法庭科学 朱墨时序检验规范

Forensic sciences—Specifications for examination of the sequence
between stamps and strokes

2021-10-14 发布

2022-05-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全
行业标准
法庭科学 朱墨时序检验规范

GA/T 1958—2021

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2022年5月第一版

*

书号: 155066·2-36648

版权专有 侵权必究

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会文件检验分技术委员会(SAC/TC 179/SC 10)提出并归口。

本文件起草单位：广东省公安厅、公安部物证鉴定中心、中国刑事警察学院、中国人民公安大学、上海市公安局、安徽省公安厅、广东警官学院、湖北警官学院、深圳市公安局。

本文件主要起草人：胡迎梅、韩星周、李彪、陈维娜、王长亮、方郁、贾晓光、李江春、施钦、冯明帅、付磊。

法庭科学 朱墨时序检验规范

1 范围

本文件规定了法庭科学领域朱墨时序检验的前期准备、检验程序、鉴定意见、检验记录、检验材料复制、鉴定文书。

本文件适用于法庭科学领域的朱墨时序检验。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 前期准备

- 4.1 了解案件的基本情况。
- 4.2 审核检材的名称、数量、性状等。
- 4.3 了解检材墨迹和印迹的形成方式、工具等。
- 4.4 了解原鉴定情况。
- 4.5 审核鉴定要求。

5 检验程序

5.1 分析检材

- 5.1.1 分析检材上墨迹和印迹的形成方式。
- 5.1.2 分析检材检验条件：
 - a) 检材不具备检验条件的，可终止检验；
 - b) 检材具备检验条件的，按 5.2 继续检验。

5.2 选择检验方法

5.2.1 方法选择原则

方法选择原则包括：

- a) 先无损，后有损；
- b) 如使用有损检验方法，应征得委托单位的同意，必要时做预实验；
- c) 选择有损检验方法的，检验前应拍摄检验部位的细节显微照片；
- d) 宜选择多种检验方法检验，相互验证。