

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 327—2011

消毒剂杀灭分枝杆菌实验评价要求

Requirements of mycobactericidal evaluation
for disinfectant in laboratory

2011-04-12 发布

2011-09-30 实施

中华人民共和国卫生部 发布

中华人民共和国卫生
行业标准
消毒剂杀灭分枝杆菌实验评价要求

WS/T 327—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2011年5月第一版

*

书号:155066·2-21583

版权专有 侵权必究

前 言

根据《中华人民共和国传染病防治法》制定本标准。

本标准为您推荐性标准。

本标准的附录 A 和附录 B 为规范性附录。

本标准由卫生部消毒标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准负责起草单位：四川大学华西公共卫生学院、中国疾病预防控制中心。

本标准主要起草人：张朝武、李新武、王国庆。

消毒剂杀灭分枝杆菌实验评价要求

1 范围

本标准规定了消毒剂杀灭分枝杆菌实验的试剂与仪器、菌悬液和菌片的制备、定量杀灭试验和评价方法。

本标准适用于评价各种消毒剂对分枝杆菌的消毒效果。

本标准不适用于评价临床使用的治疗性药物对分枝杆菌杀灭效果。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4789.28 食品卫生微生物学检验 染色法、培养基和试剂

GB 15981 消毒与灭菌效果的评价方法与标准

消毒技术规范 中华人民共和国卫生部

3 术语和定义

《消毒技术规范》中确立的有关定义和术语适用于本文件。

4 试剂与仪器

4.1 试验菌株

龟分枝杆菌脓肿亚种 CMCC(B)93326(ATCC 19977)。

4.2 培养基

4.2.1 分枝杆菌干燥培养基。

4.2.2 改良罗氏培养基(见附录 A)。

4.2.3 苏通综合培养基(见附录 A)。

4.3 其他试剂

4.3.1 中和剂 根据消毒剂种类选择并经中和剂鉴定试验(见附录 B)合格者。

4.3.2 稀释液 含 0.1%胰蛋白胍的生理盐水(见附录 A)。

4.3.3 标准硬水(见附录 A)。

4.3.4 有机干扰物(见附录 A)。

4.4 仪器设备

4.4.1 恒温培养箱。

4.4.2 恒温水浴箱。