

YY

中华人民共和国行业标准

YY 0006—90

双翼阴道扩张器

1990-10-16 发布

1991-04-01 实施

国家医药管理局 发布

双翼阴道扩张器

代替 WS 2—33—74
WS 2—65—74

1 主题内容与适用范围

本标准规定了双翼阴道扩张器(以下简称为扩张器)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于扩张器,该产品供妇产科扩张阴道、检查子宫颈、冲洗阴道和一般手术用。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 1804 公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差
- GB 2041 黄铜板
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 4239 不锈钢冷轧钢带
- GB 6463 金属和其他无机覆盖层 厚度测量方法评述
- ZB C30 001 手术器械标志
- ZB C30 022 医疗器械铬镀层厚度测试 计时点滴方法
- WS 2—1 金属制件的镀层分类、技术条件

3 产品分类

3.1 扩张器的型式按表1及图1、图2、图3的规定。

表 1

型 式		规 格,mm
双翼阴道检查扩张器	可调式	118×37
		100×30
		90×22
双翼阴道手术扩张器	固定式	90×34
		85×32
	可调式	90×34
		85×32