

ICS 71.040.20  
N 64



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15725.3—1995

---

## 实验室玻璃仪器 广口烧瓶

Laboratory glassware—Flask (wide neck)

1995-10-24 发布

1996-07-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15725.3—1995

## 实验室玻璃仪器 广口烧瓶

Laboratory glassware—Flask(wide neck)

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了广口烧瓶的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。  
本标准适用于实验室用玻璃广口烧瓶。

### 2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 6579 实验室玻璃仪器热冲击试验方法
- GB/T 6580 玻璃耐沸腾混合碱水溶液浸蚀性的试验方法和分级
- GB/T 6582 玻璃在 98℃耐水性的颗粒试验方法和分级
- GB 12213 技术制图 玻璃器具表示法
- GB/T 15726 玻璃仪器内应力检验方法
- GB/T 15728 玻璃耐沸腾盐酸浸蚀性的重量试验方法和分级
- QB 517 仪器玻璃制品外观缺陷术语
- ZB Q30 002 玻璃平均线热膨胀系数测定方法

### 3 产品分类

#### 3.1 烧瓶种类

分为广口短颈球形圆底烧瓶、广口短颈球形平底烧瓶和广口锥形烧瓶。

#### 3.2 规格系列

##### 3.2.1 广口短颈球形圆底烧瓶和广口短颈球形平底烧瓶

广口短颈球形圆底烧瓶和广口短颈球形平底烧瓶的规格系列为:50,100,250,500,1 000,2 000,3 000,5 000 和 6 000 mL。

##### 3.2.2 广口锥形烧瓶

广口锥形烧瓶的规格系列为:50,100,200,250,300,500 和 1 000 mL。

#### 3.3 型式和尺寸

3.3.1 广口短颈球形圆底烧瓶和广口短颈球形平底烧瓶的型式和尺寸见图 1,图 2 和表 1。