



中华人民共和国医药行业标准

YY 0075—2005
代替 YY 0075—1992

泪道探针

Lachrymal probes

根据国家药品监督管理局医疗器械行业标准公告(2022年第76号),本标准自2022年9月7日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

2005-07-18 发布

2006-06-01 实施

国家食品药品监督管理局 发布

中华人民共和国医药
行业标准
泪道探针
YY 0075—2005

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2005年12月第一版

*

书号:155066·2-16526

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

前 言

本标准代替 YY 0075—1992《泪道探针》。

本标准与 YY 0075—1992 的主要区别如下：

- 增加柔软性要求；
- 取消尺寸 D (部分):1.5 mm,1.6 mm,1.7 mm,1.8 mm；
- 取消手捏片采用 H62 黄铜的镀银要求。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会归口。

本标准由苏州六六视觉科技股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人:杭肇元。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

- WS2—219—1976；
- YY 0075—1992。

泪道探针

1 范围

本标准规定了泪道探针的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于泪道探针(以下简称探针),该产品供泪道探通用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1220 不锈钢棒(GB/T 1220—1992, neq JIS G4303:1988)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003, ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对生产过程稳定性的检验)

GB/T 18035 贵金属及其合金牌号表示方法

YY/T 1052 手术器械标志

3 分类

3.1 探针的型式和基本尺寸

探针的针体型式和基本尺寸应符合图1及表1的规定。

表1 基本尺寸

单位为毫米

规格	D		L	
	基本尺寸	公差	基本尺寸	公差
5	0.5	±0.07	130	±2
6	0.6			
7	0.7			
8	0.8			
9	0.9			
10	1.0			
11	1.1			
12	1.2			
13	1.3			
14	1.4			

注1: 手握片的形状由制造厂在设计时给定。
注2: 特殊规格按订货合同规定。