

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0045—91

普 通 产 床

1991-08-28 发布

1992-04-01 实施

国家医药管理局 发布

1 主题内容与适应范围

本标准规定了普通产床(以下简称产床)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于普通产床,该产品供产妇分娩及施行一般产科手术用,也可供妇科诊断、检查用。

2 引用标准

GB 191 包装贮运图示标志

ZB C30 003.1 医疗器械油漆涂层分类、技术条件

ZB C30 003.2~30003.6 医疗器械油漆涂层测定方法

ZB C30 005 医用脚轮技术条件 扁型脚轮

ZB C30 006 医用脚轮型式和尺寸 扁型脚轮

WS 2—1 金属制件的镀层分类、技术条件

3 产品分类

3.1 产床的型式为侧面操纵、双节式(身床和腿床),各种动作均为人力操纵,体位调整为机械传动机构,如图 1 所示。