

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0178—94

直肠、乙状结肠活体取样钳

1994-12-19发布

1995-05-01实施

国家医药管理局 发布

直肠、乙状结肠活体取样钳

代替 WS2—245—77

1 主题内容与适用范围

本标准规定了直肠、乙状结肠活体取样钳的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于直肠、乙状结肠活体取样钳(以下简称取样钳),该产品供直肠、乙状结肠内钳取活体组织试样用。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB/T 230 金属洛氏硬度试验方法
- GB 1220 不锈钢棒
- GB 1911 拷贝纸
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 4342 金属显微维氏硬度试验方法
- YY/T 0149 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法
- ZB C30 001 手术器械标志

3 产品分类

取样钳的型式和基本尺寸应符合下列图样及表 1 的规定。