



# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0819—2010

代替 YY 0074—1992, YY/T 0295.6~0295.11—1997

---

## 眼 科 镊

Ophthalmic forceps

2010-12-27 发布

2012-06-01 实施

---

国家食品药品监督管理局 发布

中华人民共和国医药  
行业标准  
眼 科 镊  
YY/T 0819—2010

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线: 010-68522006

2012年1月第一版

\*

书号: 155066·2-22762

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准代替 YY/T 0295.6—1997《眼用镊》、YY/T 0295.7—1997《虹膜镊》、YY/T 0295.8—1997《固定镊》、YY/T 0295.9—1997《沙眼镊》、YY/T 0295.10—1997《睫毛镊》、YY/T 0295.11—1997《晶体囊镊》和 YY 0074—1992《睑板腺囊肿镊》。

本标准与原标准的区别如下：

- 整合 YY/T 0295.6—1997《眼用镊》、YY/T 0295.7—1997《虹膜镊》、YY/T 0295.8—1997《固定镊》、YY/T 0295.9—1997《沙眼镊》、YY/T 0295.10—1997《睫毛镊》、YY/T 0295.11—1997《晶体囊镊》和 YY 0074—1992《睑板腺囊肿镊》，更名为《眼科镊》；
- 材料要求归入第 3 章；
- 引用 YY/T 0295.1—2005《医用镊通用技术条件》，删除捏合力要求；
- 增加了部分产品形式。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会(SAC/TC 94)提出并归口。

本标准主要起草单位：苏州六六视觉科技股份有限公司。

本标准主要起草人：张建平、杭肇元。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- WS 2-75—1964、GB 4747.6—1984、YY/T 0295.6—1997；
- WS 2-76—1964、GB 4747.7—1984、YY/T 0295.7—1997；
- WS 2-103—1973、GB 4747.8—1984、YY/T 0295.8—1997；
- WS 2-104—1973、GB 4747.9—1984、YY/T 0295.9—1997；
- WS 2-105—1973、GB 4747.10—1984、YY/T 0295.10—1997；
- WS 2-106—1973、GB 4747.11—1984、YY/T 0295.11—1997；
- WS 2-256—1978、YY 0074—1992。

# 眼 科 镊

## 1 范围

本标准规定了眼科镊的形式与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与储存。

本标准适用于夹持眼部软组织、滚挤沙眼颗粒、拔除倒睫毛、摘除晶状体和夹持囊肿用的眼科镊。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1220—2007 不锈钢棒


YY 0167—2005 非吸收性外科缝线

YY/T 0173.4—2005 手术器械 唇头钩、唇头齿、锁止牙、蛋形指圈

YY/T 0295.1—2005 医用镊通用技术条件

## 3 形式与命名

### 3.1 命名



例:YKN-YY 表示眼用镊

### 3.2 材料

眼科镊应选用 GB/T 1220—2007 中规定的 12Cr13、20Cr13 材料或符合第 4 章要求的其他材料制造。

### 3.3 型式和基本尺寸

眼科镊分为眼用镊、虹膜镊、固定镊、沙眼镊、睫毛镊、晶状体囊镊和睑板腺囊肿镊等，其型式和基本尺寸应符合图 1~图 7 及表 1 的规定。

注：图 1~图 7 中的眼科镊手柄形式在本标准中规定不是唯一。