



中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 40666—2021

中医技术规范 皮肤科 中药蒸气浴

Specification for operation technologies of traditional
Chinese medicine—Dermatology—Vapor bath of Chinese materia medica

2021-10-11 发布

2021-10-11 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家中医药管理局提出。

本文件由全国中医标准化技术委员会(SAC/TC 478)归口。

本文件起草单位：武汉市中西医结合医院、中华中医药学会、湖南中医药大学第二附属医院、江西中医药大学第二附属医院、沈阳市中西医结合医院、首都医科大学附属北京中医医院、广东省中医院。

本文件主要起草人：段逸群、李凯、周小勇、苏祥飞、杨志波、刘巧、范瑞强、陈晴燕、周冬梅。

中医技术规范 皮肤科 中药蒸气浴

1 范围

本文件规定了中药蒸气浴操作前准备、操作步骤、注意事项与禁忌等内容。
本文件适用于中药蒸气浴技术操作。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语与定义适用于本文件。

3.1

中药蒸气浴 **vapor bath of Chinese materia medica**

以中医理论为指导结合现代中药蒸气浴治疗仪,将中药煎液加热转化成中药蒸气,通过熏蒸患者机体达到治疗目的的一种中医外治治疗方法。

4 操作前准备

4.1 治疗器械与用品

治疗器械与用品包括:中药蒸气浴治疗仪、中药药液、一次性蒸气浴服、垫片、三氯泡腾消毒片、量杯。

4.2 中药药液制备

将中药药材饮片或粗末加水煎煮,去渣取汁以备用。

4.3 中药蒸气浴治疗仪舱体消毒、清洗

每次使用前用三氯泡腾消毒片 1 500 mg,加入 2 000 mL 水中,稀释为浓度 750 mg/L 液体加入消毒入口内,量杯装 2 000 mL 清水加入清洁入口内。进行消毒,滞留 5 min 后再清洗。

4.4 环境

保持室温约 25 ℃~28 ℃,相对湿度 60%~70%。保持良好的通风环境。

5 操作步骤

5.1 在对患者治疗前的 30 min 内预热中药蒸气浴治疗仪。

5.2 核对患者姓名、年龄、疾病诊断、治疗医嘱等信息。

5.3 接通电源,检验中药蒸气浴治疗仪运行是否正常。