

# YY

## 中华人民共和国行业标准

YY 0023—90

---

### 自动中药小丸机

1990-11-15 发布

1991-04-01 实施

---

国家医药管理局 发布

# 自动中药小丸机

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了自动中药小丸机的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求。  
本标准适用于自动中药小丸机(简称小丸机)。

## 2 引用标准

- GB 3768 噪声源声功率级的测定 简易法
- GB 3785 声级计的电、声性能及测试方法
- GB 5226 机床电器设备 通用技术条件
- GB 6414 铸件尺寸公差
- GBn 193 出口机械、电工、仪器仪表产品包装通用技术条件
- JB 8 产品标牌
- JB 2759 机电产品包装 通用技术条件
- JB 2855 机床 涂漆技术条件
- JB 3074 Y系列(IP 44)三相异步电动机技术条件(H80~280 mm)
- WS<sub>1</sub>-1 金属制件的镀层分类技术条件
- WS<sub>2</sub>-295 医用电器设备通用安全要求
- 中华人民共和国药典

## 3 型式、型号与基本参数

### 3.1 型式、主要结构

3.1.1 型式:立式、卧式。

3.1.2 主要结构:小丸机由自动控制机构、出条机构、切搓成型机构组成。

### 3.2 型号

小丸机的型号由汉语拼音字母、有代表性的重量及改进设计的顺序代号组成。

