

# YY

## 中华人民共和国医药行业标准

YY 0169.1—94

---

### 丁基橡胶输液瓶塞

1994-07-02 发布

1994-11-01 实施

国家医药管理局 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国医药  
行 业 标 准  
丁 基 橡 胶 输 液 瓶 塞  
YY 0169.1-94

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1994 年 10 月第一版

\*

书号: 155066 · 2-9549

版权专有 侵权必究

举报电话: ( 010 ) 68522006

## 丁基橡胶输液瓶塞

---

本标准等效采用国际标准 ISO 8536-2—1992《医用输液器具——第二部分：输液瓶塞》。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了丁基橡胶输液瓶塞的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以丁基橡胶为主要原料制造的一次性使用的输液瓶塞(以下简称“瓶塞”)。

### 2 引用标准

GB 191 包装储运图示标志

GB 531 橡胶邵尔 A 型硬度试验方法

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 3672 橡胶实心模压和压出制品尺寸公差

GB 6543 瓦楞纸箱

GB 6682 实验室用水规格

GB/T 14233.2 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法

YY/T 0169.3 丁基橡胶药用瓶塞化学试验方法

### 3 产品分类

3.1 瓶塞按所配套的瓶子类型分为 A 型、B 型两种。

3.2 瓶塞的结构和尺寸按下图、表 1 规定。

3.3 标记示例

符合本标准要求,型式 A 型,公称尺寸 32 mm 的丁基橡胶输液瓶塞标记为:

丁基橡胶输液瓶塞 32-A YY 0169.1—94