



中华人民共和国医药行业标准

YY 0082—92

平 端 蝶 形 螺 钉

1992-01-20 发布

1992-07-01 实施

国家医药管理局 发布

平端蝶形螺钉

代替 WS 2—77—79

1 主题内容与适用范围

本标准规定了平端蝶形螺钉(以下简称螺钉)的产品分类、技术要求等。
本标准适用于平端蝶形螺钉,该螺钉在医疗器械产品中作紧定或调节等用。

2 引用标准

- GB 89 螺钉 技术条件
- GB 90 紧固件验收检查、标志与包装
- GB 193 普通螺纹 直径与螺距系列(直径 1~600 mm)
- GB 197 普通螺纹 公差与配合(直径 1~355 mm)
- GB 1220 不锈钢棒
- YY 0076 金属制件的镀层分类 技术条件

3 产品分类

螺钉型式和基本尺寸应符合下列图样及表 1、表 2 的规定。

全部 ∇ 12.5

